



CERTYFIKAT BADAŃ NR PL CB 1
TEST CERTIFICATE NO PL CB 1

Wydany przez:
Issued by: GŁÓWNY URZĄD MIAR
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

Jednostka
Notyfikowana
Notified Body: 1440

Na podstawie:
In accordance with: punktu 8.1 normy europejskiej PN-EN 45501:1999 „Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych” i poradnika WELMEC 2.1 „Badanie mierników wag nieautomatycznych”.
Ułamek błędu granicznego dopuszczalnego wagi p , określony w oparciu o punkt 3.5.4 ww. normy wynosi 0,5.
paragraph 8.1 of the European Standard EN 45501:1992/AC:1993 „Metrological aspects of non-automatic weighing instruments”
The applied error fraction p , with reference to paragraph 3.5.4 of this standard is 0,5.

Wnioskodawca:
Applicant: AXIS Sp. z o. o., ul. Kartuska 375 B, 80-125 Gdańsk
Polska

Dotyczy:
In respect of: modelu miernika do wagi, badanego jako część wagi nieautomatycznej
the model of an indicator, tested as a part of non-automatic weighing instrument
producent: AXIS Sp. z o. o., ul. Kartuska 375 B, 80-125 Gdańsk
manufacturer:
typ: SE
type:

Charakterystyka:
Characteristics: miernik dostosowany jest do współpracy z wagą nieautomatyczną o następującej charakterystyce:
an indicator is suitable for a non-automatic weighing instrument with the following characteristics:
elektroniczna, jedno- lub wielodziałkowa, wielozakresowa
electronic self-indicating device with single-interval, multi-interval or multi-range indication
 n : 3 000
klasa: III
class:

Dalsze charakterystyki miernika zawarto w załączniku, który jest integralną częścią certyfikatu.
Further characteristics of an indicator are provided in the Descriptive Annex, which forms an integral part of the certificate.

Opis i dokumentacja:
Description and documentation: Opis miernika przedstawiono w załączniku. Dokumenty odnoszące się do tego certyfikatu badań są przechowywane w Głównym Urzędzie Miar.
The indicator is described in the Descriptive Annex. Documents appertaining to this test certificate are held by the Central Office of Measures.

Uwagi:
Remarks: Niniejszy certyfikat badań nie oznacza certyfikatu zatwierdzenia typu w rozumieniu dyrektywy 90/384/EEG dla wag nieautomatycznych.
This test certificate does not have the meaning of a type-approval certificate as mentioned in the directive 90/384/EEC for non-automatic weighing instruments. Test results are positive.
A summary of the tests carried out is provided in the Appendix to the Descriptive Annex.

Liczba stron:
Number of pages: 11

Numer sprawy:
Reference number: 303-JC16-04/417-23

Warszawa, 30.07.2004



Aneta Lato-Zuchowska
Wicepreze

Niniejszy certyfikat badań może być powielany wyłącznie w całości. Certyfikat nie jest ważny bez podpisu i pieczęci.
This test certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid.