CERTYFIKAT ZATWIERDZENIA TYPU WE NR PL 04 020

CERTIFICATE OF EC TYPE APPROVAL NO PL 04 020

Wydany przez:
Issued by:
GŁÓWNY URZĄD MIAR
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

Jednostka Notyfikowana:
Notified Body:
1440

Na podstawie:
In accordance with:
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23), wdrażającego Dyrektywę Rady 90/384/EWG zmienioną Dyrektywą Rady 93/68/EWG
regulation of Minister of Economy, Labour and Social Policy of 11 December 2003 on essential requirements for non-automatic weighing instruments subject to conformity assessment (implementing Council Directive 90/384/EEC amended by Council Directive 93/68/EEC)

Wnioskodawca:
Issued to:
AXIS Sp. z o. o.
ul. Kartuska 375 B; 80-125 Gdańsk
Polska

Dotyczy:
In respect of:
wagi nieautomatycznej elektronicznej
electronic non-automatic weighing instrument

typ:
type:
4B

klasa dokładności:
accuracy class:
III

Max: 30 kg ≤ *Max* ≤ 10 000 kg
n: ≤ 3000
e: *Max* / *n*

Wniosek końcowy:
Final statement:
waga nieautomatyczna spełnia wymagania zasadnicze określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23)
non-automatic weighing instrument satisfies the essential requirements set out in the regulation of Minister of Economy, Labour and Social Policy of 11 December 2003 on essential requirements for non-automatic weighing instruments subject to conformity assessment

Data ważności:
Valid until:
30.07.2014

Liczba stron:
Number of pages:
7

Numer sprawy:
Reference number:
302-JC23-04/417-10

Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, jeśli istnieją, zawarte są w załączniku, który jest integralną częścią certyfikatu.
The principal characteristics, approval conditions and special regulations, if any, are set out in the Annex, which forms an integral part of the certificate.

GŁÓWNY URZĄD MIAR * 1 *

Warszawa, 30.07.2004

Aneta Lato-Żuchowska
Wiceprezes

Niniejszy certyfikat zatwierdzenia typu WE może być powielany wyłącznie w całości. Certyfikat nie jest ważny bez podpisu i pieczęci.
This EC type-approval certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid.