CERTYFIKAT ZATWIERDZENIA TYPU WE NR PL 14 002

CERTIFICATE OF EC TYPE APPROVAL NO PL 14 002

Wydany przez: *Issued by:* GŁÓWNY URZĄD MIAR
ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa

Jednostka Notyfikowana: *Notified Body:* 1440

Na podstawie: *In accordance with:* rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23), zgodnego z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/23/WE.
regulation of Minister of Economy, Labour and Social Policy of 11 December 2003 on essential requirements for non-automatic weighing instruments subject to conformity assessment (in accordance with 2009/23/EC of the European Parliament and the Council).

Wydano dla producenta: *Issued to manufacturer:* AXIS Sp. z o.o., ul. Kartuska 375B, 80-125 Gdańsk, Polska

Dotyczy: *In respect of:* wagi nieautomatycznej elektronicznej ogólnego stosowania oraz do sprzedaży konsumenckiej
electronic non-automatic weighing instrument of general use or for direct sale to the public

typ: *type:*	ATA oraz ATZ	klasa dokładności: *accuracy class:*	II
Max:	70 g ÷2200 g		
Min:	50 *e* lub/*or* 20 *e* lub/*or* 5 *e*		
e:	0,01 g ≤ *e* ≤ 0,1 g		
n:	≤ 62 000		
d:	*e* lub/*or* 0,1 *e*		
T:	*-Max*		

Wniosek końcowy: *Final statement:* waga nieautomatyczna spełnia wymagania zasadnicze określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23)
non-automatic weighing instrument satisfies the essential requirements set out in the regulation of Minister of Economy, Labour and Social Policy of 11 December 2003 on essential requirements for non-automatic weighing instruments subject to conformity assessment

Data ważności: *Valid until:* 25.07.2024

Liczba stron: *Number of pages:* 10

Numer sprawy: *Reference number:* 3819-BMP-4190-4/N139/PR/13

Charakterystyki metrologiczne, warunki zatwierdzenia typu i specjalne wymagania, jeśli istnieją, zawarte są w załączniku, który jest integralną częścią certyfikatu.
The principal characteristics, approval conditions and special regulations, if any, are set out in the Annex, which forms an integral part of the certificate.

Wagi mogą być wykonane z przeznaczeniem do stosowania w bezpośrednim obrocie handlowym (sprzedaży konsumenckiej).
Weighing instruments can be prepared to be used for direct sale to the public.

GŁÓWNY URZĄD MIAR

Janina Maria Popowska
Prezes

Warszawa, 25.07.2014

Niniejszy certyfikat zatwierdzenia typu WE może być powielany wyłącznie w całości. Certyfikat nie jest ważny bez podpisu i pieczęci.
This EC type-approval certificate may not be reproduced other than in full version. Certificate without signature and seal is not valid.